


펜타입 대기온습도계

testo 605-H1



대기 습도와 온도, 노점 측정 가능

덕트 속에서 단독으로 측정 가능

쉽게 접었다 펼 수 있는 연결부로 편리하게 측정값을 읽음

온습도계 testo 605-H1은 쉽게 접었다 펼 수 있는 연결부로 사용하기 편리합니다. 디스플레이를 다양한 위치로 돌릴 수 있어 측정값을 읽기에 쉽습니다. 테스토 습도 센서는 내구성이 강하며 오래갑니다. 소형 온습도계인 testo 605-H1은 대기 습도 및 온도뿐 아니라 노점 측정이 가능합니다.

testo 605-H1은 덕트 내부의 대기 습도를 감시하는 데 적합합니다. 프로브 샤프트의 길이는 125 mm로, 홀더를 이용하여 덕트 안에 이상적으로 설치할 수도 있으며 보호캡으로 먼지와 충격으로부터 센서를 보호합니다.

기술데이터/액세서리



기술데이터

작동온도	0 ~ +50 °C
보관온도	-20 ~ +70 °C
배터리 탑입	알카라인 전지(3xAAA)
배터리 수명	약 1000시간
무게	75 g(배터리 포함, 보호캡 미포함)

프로브 탑입

	NTC	습도센서
측정범위	0 ~ +50 °C -20 ~ +50 °C td	+5 ~ +95 %RH
정확도 ±1 digit	±0.5 °C	±3 %RH
분해능	0.1 °C	0.1 %RH

액세서리

제품번호

측정기용 액세서리	제품번호
ISO 교정 성적서/습도, 전자식 습도계 교정 포인트 +25 °C에서 11.3%RH와 75.3%RH	0520 0006
ISO 교정 성적서/습도, 전자식 습도계 교정 포인트 +25 °C에서 75.3%RH	0520 0096

(주)누비콤

서울본사

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr